



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/1010/2017

Data: 22/05/2017 Fls. _____

Rubrica: ASQ 44200730

ANEXO 12

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FUNDAÇÃO SAÚDE	HUPE
01	CATETER BALÃO, MATERIAL CATETER: POLIURETANO / POLIAMIDA, CALIBRE: 5 FR ~ 6 FR, APLICACAO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, MODELO: TROCA RAPIDA / NAO COMPLACENTE, QUANTIDADE BALOES: 1 BALAO, COMPRIMENTO: 10MM ~ 40MM, ACESSORIO: COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,014, MATERIAL BALAO: POLIURETANO, CAPACIDADE BALOES: 12 A 16 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: 0,017 APROXIMADO, DIMENSOES BALAO: 1,5 MM ~ 4,5 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6515.045.0700 (ID - 145792)	288	2
02	CATETER BALÃO, MATERIAL CATETER: POLIURETANO/ POLIAMIDA, CALIBRE: 5 FR ~ 6 FR, APLICACAO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, MODELO: TROCA RAPIDA / SEMI-COMPLACENTE, QUANTIDADE BALOES: 1 BALAO, COMPRIMENTO: 10 MM ~40 MM, ACESSORIO: COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,014, MATERIAL BALAO: POLIURETANO, CAPACIDADE BALOES: 120 A 16 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: 0,017 MM APROXIMADO, DIMENSOES BALAO: 1,5 MM ~4,5 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6515.045.0701 (ID - 145794)	144	2
03	ENDOPROTESE (STENT), APLICACAO: CORONARIANA, MATERIAL: ACO INOX / CROMO COBALTO, TIPO: AUTO EXPANSIVA, CATETER LIBERACAO: COM CATETER LIBERACAO, FORMATO: MONTADA EM BALAO, REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO, COMPRIMENTO: 10 MM ~40 MM, DIAMETRO: 2,5MM ~4,5 MM, CALIBRE CATETER: COMPATIVEL COM CATETER DE 5 FR ~ 6 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6515.108.1130 (ID - 145795)	144	4
04	ENDOPROTESE (STENT), APLICACAO: CORONARIANA, MATERIAL: ACO INOX / CROMO COBALTO, TIPO: TROCA RAPIDA, CATETER LIBERACAO: COM CATETER LIBERACAO, FORMATO: MONTADO NO BALAO TROCA RAPIDA, REVESTIMENTO: COM FARMACO, COMPRIMENTO: 8MM ~40 MM, DIAMETRO: 2,25MM ~4,5 MM, CALIBRE CATETER: COMPATIVEL COM CATETER 5FR ~6 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6515.108.1131 (ID - 145796)	274	4



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/1010/2017

Data: 22/05/2017 Fls. _____

Rubrica: ASQ 44200730

05	SISTEMA RESGATE HEMODINAMICO, TIPO: DUPLO LOOP, MATERIAL: PLATINA, CATETER: 5FR/POLIETILENO COM FIO NITINOL ELASTICO, DIAMETRO: 5~15MM, COMPRIMENTO: 120~135CM, ACESSORIOS: LUER LOCK PROXIMAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MARCADOR RADIOPACO DISTAL. Código do item 6515.504.0002	4	1
06	SISTEMA RESGATE HEMODINAMICO, TIPO: DUPLO LOOP, MATERIAL: PLATINA, CATETER: 6FR/FIO GUIA NITINOL ELASTICO, DIAMETRO: 20~30MM, COMPRIMENTO: 120~135CM, ACESSORIOS: LUER LOCK PROXIMAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MARCADOR RADIOPACO DISTAL. Código do item 6515.504.0003	4	1

RELAÇÃO DE ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS ITENS

Para solicitações da FUNDAÇÃO SAÚDE

IECAC	Rua David Campista, 326 – almoxarifado - Humaitá – Rio de Janeiro/RJ
--------------	--

Para solicitações do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

HUPE	Rua 28 de setembro, 277 – almoxarifado central - Vila Isabel – Rio de Janeiro /RJ
-------------	---